

REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA
SUPERINTENDÊNCIA
PROJETOS/LICITAÇÃO
DPTO TÉCNICO
PARECER TÉCNICO

Sarandi, 09 de Março de 2021

Após avaliação das propostas apresentadas ao **Processo de Cotação Prévia de Preços nº 01/2021** com recursos do **Convênio MS nº 898606/2020**, MENOR PREÇO E TÉCNICA, para o **Item 01 - Lote 01: VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO**, constatou-se o que segue:

Quanto aos dados técnicos, os equipamentos atendem as especificações do Edital, **PORÉM**, alguns quesitos apresentam diferença entre as marcas.

A empresa MCA Comércio Assistência Técnica Hosp. Ltda (CNPJ Nº 15.229.902/0001-71) apresentou uma proposta com o modelo: GLX HC2. Este modelo **NÃO ATENDE** ao Edital onde se lê:

- PEEP de 1 a 50 cmH2O pelo menos.

Já a empresa Magnamed Tecnologia Médica S/A (CNPJ Nº 01.298.443/0002-54) apresentou proposta com o modelo de equipamento FLEXMAG PLUS. Este modelo também **NÃO ATENDE** ao solicitado no Edital onde se lê:

- Possuir sensor de fluxo distal autoclavável para pacientes adultos.

A empresa SC Medical Comércio e Serviço Eireli – ME (CNPJ Nº 12.246.862/0001-88) apresentou proposta para o equipamento de modelo CARMEL. Este modelo **NÃO ATENDE** ao Edital onde se lê:

- Frequência respiratória de 1 a 180 rpm pelo menos.

O equipamento apresentado pela empresa Promedical Comércio de Materiais Hosp Ltda (CNPJ Nº 37.109.098/0001-20) traz em seu descritivo o equipamento modelo: IX5, que **ATENDE** as características postuladas em Edital.

Diante do exposto consideramos que o modelo apresentado pela empresa Promedical Comércio de Materiais Hosp Ltda (CNPJ Nº 37.109.098/0001-20) **cumpr**e com os requisitos e necessidades de atualizações de tecnologias exigidas.

Sem mais para o momento.



Luiz E. Ferrarezi
Eng. Clínica e Manutenção Hospitalar
Coordenador Técnico
CREA-PR 114954/D

Luiz Eduardo Ferrarezi
Tecnólogo em Automação
CREA-PR
Técnico de Equipamento Clínico

REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA
SUPERINTENDÊNCIA
PROJETOS/LICITAÇÃO
DPTO TÉCNICO

PARECER TÉCNICO

Sarandi, 09 de Março de 2021


Após avaliação das propostas apresentadas ao **Processo de Cotação Prévia de Preços nº 01/2021** com recursos do **Convênio MS nº 898606/2020**, MENOR PREÇO E TÉCNICA, para o **Item 02 - Lote 02: CARRO MACA AVANÇADO**, constatou-se o que segue:

A proposta apresentada pela empresa RC Móveis Ltda (CNPJ Nº 02.377.937/0001-06), trás o descritivo do modelo RC 325. Este modelo ATENDE ao proposto em Edital, porém, o valor unitário apresentado é de R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

Em proposta com o modelo MT-412, o fabricante Meta Hospitalar (CNPJ Nº 01.866.388/0001-70) ATENDE às características postuladas em Edital e o valor unitário apresentado para o item é de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) atendendo desta forma ao quesito menor preço.

Diante do exposto considero que o modelo apresentado pela empresa Meta Hospitalar (CNPJ Nº 01.866.388/0001-70) cumpre com os requisitos propostos em Edital e às necessidades de atualizações de tecnologias exigidas.

Sem mais para o momento.



Luiz E. Ferrarezi
Eng. Clínica e Manutenção Hospitalar
Coordenador Técnico
CREA-PR 114954/D

Luiz Eduardo Ferrarezi
Tecnólogo em Automação
CREA-PR
Técnico de Equipamento Clínico