

PARECER TÉCNICO

Sarandi, 01 de Abril de 2021


Após avaliação das propostas apresentadas ao **Processo de Cotação Prévia de Preços nº 03/2021** com recursos do **Convênio MS nº 898609/2020, MENOR PREÇO E TÉCNICA**, para o **Item 01 - Lote 01: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)**

Constatou-se o que segue:

A empresa FANEM LTDA (CNPJ Nº 61.100.244/0001-30) foi a única participante do certame, e apresentou uma proposta que além de ATENDER às especificações técnicas exigidas em Edital, traz em seu descritivo a INCUBADORA MODELO 1186 que apresenta valor compatível ao recurso disponibilizado para o item.

Diante do exposto considero que o modelo apresentado pela empresa FANE LTDA (CNPJ Nº 61.100.244/0001-30) CUMPRE com os requisitos e necessidades de atualizações de tecnologias exigidas.

Sem mais para o momento.



Luiz E. Ferrarezi
Eng. Clínica e Manutenção Hospitalar
Coordenador Técnico
CREA-PR 114954/D

Luiz Eduardo Ferrarezi
Tecnólogo em Automação
CREA-PR
Técnico de Equipamento Clínico

REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA
SUPERINTENDÊNCIA
PROJETOS/LICITAÇÃO
DPTO TÉCNICO
PARECER TÉCNICO

Sarandi, 01 de Abril de 2021

Após avaliação das propostas apresentadas ao **Processo de Cotação Prévia de Preços nº 03/2021** com recursos do **Convênio MS nº 898609/2020**, MENOR PREÇO E TÉCNICA, para o **Item 02 - Lote 02: OXÍMETRO DE PULSO** constatou-se o que segue:

A empresa URSA COMERCIAL (CNPJ Nº 26.628.908/0001-38), apresentou uma proposta com o oxímetro de pulso G1B do Fabricante GENERAL MEDITECH, este modelo NÃO ATENDE ao Edital onde se lê:

- Tela LCD a partir de 2.5” com display de LED retroiluminado; - **(O oxímetro possui tela inferior ao solicitado em edital. Evidências: Manual do Usuário).**

Já a proposta da empresa R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (CNPJ Nº 01.212.789/0001-07), com o modelo de oxímetro HAND SAT TC, ATENDE ao Edital, e o valor proposto por item foi de R\$ 2.024,19 (dois mil e quatrocentos reais).

Quanto à proposta da empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ Nº 04.078.043/0002-21) constatou-se que o modelo CV-PM10N, ATENDE ao descritivo técnico proposto em Edital, porém, o valor unitário proposto é de R\$ 2.398,00 (dois mil e trezentos e noventa e oito reais).


A empresa QUICKBUM E-COMERCE EIRELI (CNPJ Nº 30.323.616/0001-64), apresentou em seu descritivo o equipamento modelo MOBIL-PC66B, que NÃO ATENDE as caracterizas postuladas em edital onde se lê:

- Tela LCD a partir de 2.5” com display de LED retroiluminado; - **(O oxímetro possui tela inferior ao solicitado em edital. Evidências: Manual do Usuário e Descritivo Técnico).**

E o valor apresentado é de R\$2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) por unidade.

Diante do exposto considero que o modelo apresentado pela empresa R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (CNPJ Nº 01.212.789/0001-07) CUMPRE com os requisitos propostos em Edital e as necessidades de atualizações de tecnologias exigidas.

Sem mais para o momento.



Luiz E. Ferrarezi
Eng. Clínica e Manutenção Hospitalar
Coordenador Técnico
CREA-PR 114954/D

Luiz Eduardo Ferrarezi
Tecnólogo em Automação
CREA-PR
Técnico de Equipamento Clínico

REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA
SUPERINTENDÊNCIA
PROJETOS/LICITAÇÃO
DPTO TÉCNICO
PARECER TÉCNICO

Sarandi, 01 de Abril de 2021


Após avaliação das propostas apresentadas ao **Processo de Cotação Prévia de Preços nº 03/2021** com recursos do **Convênio MS nº 898609/2020**, MENOR PREÇO E TÉCNICA, para o **Item 03 - Lote 03: OFTALMOSCÓPIO** constatou-se o que segue:

Quanto à proposta da empresa QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI (CNPJ Nº 30.323.616/0001-64) constatou-se que o modelo MD OMNI 3000 ATENDE ao descritivo técnico proposto em Edital, porém, o valor unitário proposto é de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).

A empresa URSA COMERCIAL (CNPJ Nº 26.628.908/0001-38), também apresentou uma proposta que além de ATENDER as especificações exigidas em Edital, traz em seu descritivo o MD OMNI 3000, que apresenta valor unitário R\$ 823,50.

Diante do exposto considero que o modelo apresentado pela empresa URSA COMERCIAL (CNPJ Nº 26.628.908/0001-38), CUMPRE com os requisitos propostos em Edital e as necessidades de atualizações de tecnologias exigidas.

Sem mais para o momento.



Luiz E. Ferrarezi
Eng. Clínica e Manutenção Hospitalar
Coordenador Técnico
CREA-PR 114954/D

Luiz Eduardo Ferrarezi
Tecnólogo em Automação
CREA-PR
Técnico de Equipamento Clínico

PARECER TÉCNICO

Sarandi, 01 de Abril de 2021


Após avaliação das propostas apresentadas ao **Processo de Cotação Prévia de Preços nº 03/2021** com recursos do **Convênio MS nº 898609/2020, MENOR PREÇO E TÉCNICA**, para o **Item 04 - Lote 04: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL**

Constatou-se o que segue:

A empresa FANEM LTDA (CNPJ Nº 61.100.244/0001-30) foi a única participante do certame, e apresentou uma proposta que além de ATENDER às especificações técnicas exigidas em Edital, traz em seu descritivo a INCUBADORA MODELO IT-158 TS, que apresenta valor compatível ao recurso disponibilizado para o item.

Diante do exposto considero que o modelo apresentado pela empresa FANEM LTDA (CNPJ Nº 61.100.244/0001-30) CUMPRE com os requisitos e necessidades de atualizações de tecnologias exigidas.

Sem mais para o momento.



Luiz E. Ferrarezi
Eng. Clínica e Manutenção Hospitalar
Coordenador Técnico
CREA-PR 114954/D

Luiz Eduardo Ferrarezi
Tecnólogo em Automação
CREA-PR
Técnico de Equipamento Clínico